

光田醫療社團法人光田綜合醫院-大甲開刀房-骨科手術床(含牽引台)-需求規格表

需求規格		廠商檢核欄	廠商標示資料 出處佐證
1	基本規格		
1-1	廠牌、型號	不拘	
1-2	衛署字號	需具備	
1-3	現有空間是否符合	需符合	
2 手術床規格			
2-1	床體承重中心承重	270公斤(含)以上	
2-2	床柱升降系統為	全機械式升降馬達， 高度調整範圍66-103公分(含)以上	
2-3	床板前後傾斜	前後可傾斜30度(含)以上	
2-4	床板左右傾斜	左右可傾斜25度(含)以上	
2-5	背板調整角度	可上升80度，下降60度(含)以上	
2-6	腳板調整角度	可上升80度，下降92度(含)以上	
2-7	床板水平橫移要求	可水平橫移340mm (含)以上	
2-8	頭板關節轉動要求	為雙關節系統，可上升或下降	
2-9	頭板及腳板接合處	為插銷式	
3 骨折牽引床			
3-1	調節功能、材質	具三段式調節功能， 主體材質為carbon	
3-2	牽引推車	骨折牽引床具備牽引推車	
3-3	最大承載重量	可達160公斤	
3-4	操作便利性	可便利單手操作	
3-5	與手術床之連接	牽引床與手術床可快速連接	
4 配件清單			
4-1	手術床(含床柱、床板、背板、頭板、腳板)	1組	
4-2	遙控器	1組	
4-3	骨折牽引床	1組	
4-4	手板	1組	
4-5	L型布簾架	1組	
4-6	側邊手板	1組	
4-7	側邊固定架	1組	
4-8	固定身體綁帶	1組	
4-9	麻醉架、麻醉架轉接器	各1組	
4-10	骨折吊手架	1組	
4-11	多功能手架	1組	
4-12	手術床可黏式軟墊	1組	
4-13	頭部可黏式軟墊	1組	
4-14	腿部可黏式兩片式軟墊	1組	
4-15	手部可黏式軟墊	2組	