

光田醫院向上院區--7張一般電動手術床

| 項次 | 項目名稱及規格說明 | 廠商檢核 (標明佐證出處) |
|--------------------------|---|------------------|
| 一、手術床規格： | | |
| 1 | 床台尺寸：寬600mm(±50mm)(不含軌道)×長2274mm(±100mm)(含頭板) | |
| 2 | 昇降範圍：598~1148mm | |
| 3 | 前後傾斜：頭低腳高 傾斜 $\geq 35^\circ$ ·頭高腳低傾斜 $\geq 35^\circ$ | |
| 4 | 左右傾斜： $\geq 25^\circ$ | |
| 5 | 背板屈折角度： $\geq +90^\circ$ / $\geq -90^\circ$ | |
| 6 | 頭板手動角度： $\geq +45^\circ$ / $\geq -30^\circ$ | |
| 7 | 電動腳板(2個腳板可拆式)： $\geq +90^\circ$ / $\geq -105^\circ$ | |
| 8 | 水平滑動(要符合C-arm): 頭方向 ≥ 200 mm / 腳方向 ≥ 200 mm·滑動範圍 ≥ 400 mm或更大 | |
| 9 | 載重量： ≥ 454 kg(病人體重250kg) | |
| 10 | 電壓：100V-240V(50/60Hz) | |
| 二、手術床特性： | | |
| 1 | 多功能手術床·可進行X光線透視攝影(可全身), 可運用在耳鼻喉科、腹部、肩頸、腰部、腹腔鏡、泌尿科、腰椎、減重等手術。 | |
| 2 | 在基座上具備緊急控制面板·並有防止誤觸功能。 | |
| 3 | 手術檯前後傾斜·同時左右傾時有角度限制。 | |
| 4 | 手控制器: 有兩組記憶功能; 自動水平復歸功能; 遙控器操作時有亮燈指示。 | |
| 5 | 內藏蓄電池充電器·斷電時可自動轉換為電池電力·操作時不斷電。 | |
| 6 | 四個萬向輪和一個第五輔助輪·四點煞車系統·煞車時可自動平衡床面。 | |
| 三、單張手術床附件如下·共需7張： | | |
| 1 | 手術床本體 x 1台 | |
| 2 | 可拆洗床墊 x 1組 | |
| 3 | 有線遙控器 x 1個 | |
| 4 | 手臂板(手架)x 2個 | |
| 5 | 麻醉布簾架 x 1個 | |
| 6 | 側臥手架 x 1個 | |
| 7 | 側臥腰架 x 1組2個 | |
| 8 | 萬向固定器x 4個 | |
| 9 | 腿架用固定器 x 2個 | |
| 10 | 腿架用配件台車 x 1台 | |
| 11 | 頭部支撐墊(甜甜圈,中空圓形頭抗壓墊)x 1個 | |
| 12 | 側臥支撐墊(腋下抗壓墊) x 1個 | |
| 13 | 中型手術台身體抗壓墊*1(頭到臀部的·約100*50.8*1.5cm) | |
| 14 | 手臂抗壓墊*2 | |
| 15 | 足跟抗壓墊*2 | |
| 16 | 胸部約束帶*2 | |