

新生兒保溫箱功能規格表

項次	項目名稱及規格說明	數量	廠商檢核 標示佐證出處 或寫出差異
一、功能規格：			
1	全彩觸控式液晶螢幕	1	
2	加熱及警報系統由精密微電腦控制	1	
3	手動及感應式靜音	1	
4	可同時監測病人兩個部位溫度	1	
5	具96小時以上變化趨勢圖(包括病患溫度、設定溫度、箱內溫度、相對濕度、體重)	1	
6	床墊可360度旋轉及可向兩側拉出	1	
7	內建床墊具前後連續12度傾斜角度	1	
8	具床座可升降功能，床面離地高度：84公分至109公分	1	
9	床面尺寸：48.8公分x 64.8公分，或更大範圍	1	
10	內建X光片匣托盤，在任何情況下無需搬動或干擾嬰兒即可X光照相	1	
11	箱溫設定範圍：20~39°C，或更大範圍	1	
12	病人體溫設定範圍：35~37.5°C，或更大範圍	1	
13	箱內相對濕度設定範圍：30~95%，或更大範圍	1	
14	儲水槽容量達1000ml以上，儲水槽須為透明材質。	1	
15	具備5μ-99.8%有效過濾之空氣過濾器(或更寬幅)	1	
16	內建體重計，測量範圍：300~8000公克，或更大範圍	1	
17	Air Curtain	1	

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：_____