

# 光田醫院向上院區ENT--眼振分析儀

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或寫出差異)
<b>一、儀器功能:</b>		
1	四頻道眼振測試: 雙側紅外線影像紀錄,可測左、右、水平、垂直	
2	Ultrasound sensor 超音波感應器 : 即時量測眼球到刺激器適當距離	
3	Gyroscope陀螺儀 : 即時量測頭部定位	
4	Accelerometers 加速規 : 即時頭部位移量測	
5	測試操作皆有說明及語音提示	
6	全程同步記錄雙眼影像及分析結果	
<b>二、螢幕:</b>		
1	解析度: 1920 x 1080	
2	19吋 以上電腦螢幕	
<b>三、檢測項目功能 :</b>		
1	自發性眼震 ( Spontaneous Nystagmus )	
2	Gaze Test 注視	
3	Saccades Test 跳視	
4	Smooth Pursuit 追視	
5	Optokinetic (OKN) 視動	
6	Active head rotation (AHR) 頭部自轉	
7	Video head impulse test (vHIT) 影像式頭部脈衝	
8	Supine 仰臥	
9	Dix Hallpike 頭位變換	
10	Calorics 內耳溫差	
11	Dizziness Handicap Inventory · DHI 暈眩障礙量表	
<b>四、SYSTEM REQUIREMENTS: 硬體需求</b>		
1	桌上型電腦 處理器 Intel i7 1TB SATA 8G DDR3 Windows 10	
2	上傳軟體系統，可上傳資料到pacs	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： \_\_\_\_\_