


# 光田醫院沙鹿院區開刀房--骨科電動高速鑽及微型骨鋸組

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或寫出差異)
<b>一、儀器功能:</b>		
1	電鑽主機：可調整轉速、正反轉、110V、注水幫浦	
2	踏板	
3	電鑽手機：微型馬達鑽(Speed: Max. 80,000 min-1、正反轉) 槍型鑽( Speed:Max. 1,200 min-1、正反轉、左右轉)	
4	微型馬達電鑽：BUR: $\varnothing$ 2.35mm / Short(前端長度45mm；直徑5.5mm) BUR: $\varnothing$ 2.35mm / Medium(前端長度65mm；直徑5.5mm) BUR(拇指外翻用): $\varnothing$ 2.35mm / Extra Short(前端長度25mm；直徑5.5mm)	
5	槍型鑽接頭: $\varnothing$ 0.6-1.9mm、 $\varnothing$ 2.0-3.2mm	
6	骨鋸手機: 微型馬達骨鋸(Speed: Max 20.000 U/min)	
7	骨鋸接頭: Sagittal Sägehandstück (Max. 20.000 U/min擺動角度8度) Oszillierendes Sägehandstück(Max. 20.000 U/min擺動角度8度)	
8	保養用油及保養用油相關接頭	
9	注水接頭及注水管路	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：

\_\_\_\_\_