

內視鏡CO2機組功能規格表

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 標示佐證出處 或 寫出差異
一、功能規格：		
1	供給壓力指示：LED 5段顯示	
2	氣體供應壓力：最大壓力供給45kPa	
3	計時器設定：過了設定時間，氣體停止供應	
4	開始/停止：當按下開始/停止開關，氣體供應指示燈亮起，主機開始供應氣體	

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：_____