

光田醫院沙鹿院區婦產科門診-電子陰道鏡*1

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或寫出差異)
生理監視器規格：		
1	鏡頭像素：≥200萬，成像系統水平解析度：≥900TVL	
2	鏡頭放大倍數：10倍或以上；有效操作距離：200mm~300mm。	
3	視野範圍:75mm-15mm;圖像幾何失真度≤3%	
4	可調整式接目鏡	
5	LED 光源，30cm處光源照度≥3000LX	
6	有快速自動聚焦和手動聚焦功能	
7	可視焦距調節、白光變色溫成像、電子綠色濾鏡成	
8	支援鏡頭手柄按鍵控制圖像採集	
9	鏡頭手柄按鍵可快速定位確定病變部位的位置	
10	具有病灶重點關注功能，醫生可根據醒目的顏色標記需要重點關注點，同時提供查詢功能，便於醫生快速查找患者資訊	
11	提供至少4種以上擷取方式（手動、軟體按鍵、自動計時，腳踏開關），擷取後可支援影像鏡像觀察。	
12	檢查過程中所採集的影像可分割顯示，方便醫師進行對比分析	
13	具有錄影採集功能，能夠在檢查或手術過程中進行錄影，並且對錄影進行重播，重播過程中支援再次擷取影像	
14	影像處理功能：可以對影像標注，圖像亮度、對比度可調；可對病變部位的面積、長度進行測量，標注到病例中	
15	提供至少三種的評估方法：RCI、Swede.和 R-way 評估方法	
16	提供至少6種以上列印報告模版，列印報告後系統自動生成 PDF 檔案備份，提供郵件、DICOM 等選擇報告發送模式	
17	影像及報告可輸出，供院方資訊整合	
18	15吋以上螢幕組成	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____