

## 光田醫院向上院區ENT門診--全自動高壓消毒鍋

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
1. 電源: 220V(電源開關)	
2. 容積 : 20L以上	
3. 內外鍋材質: 不鏽鋼	
4. 溫度控制器(MAX134度)	
5. 滅菌/乾燥開關定時器	
6. 壓力 / 溫度錶	
7. 過熱保護裝置	
8. 聲音燈號警示功能	
9. 控制面板指示燈顯示	
10. 不鏽鋼滅菌盒*2、不鏽鋼底板(內鍋)	
11. 儲水箱(水位指示)	
12. 管路材質 : 銅	
13. 安全閥	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： \_\_\_\_\_