

# 光田醫院大甲院區泌尿科門診-3D掃描膀胱超音波測容儀

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
3D掃描膀胱超音波測容儀	
1. 電源: 110V · 內建電池	
2. 彩色液晶觸控螢幕	
3. 印表機(含熱感紀錄紙)	
4. 探頭(探頭頻率2.5 MHZ以上)	
5. 測量範圍最高999ML	
6. USB儲存裝置	
7. 推車	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： \_\_\_\_\_