

光田醫院沙鹿院區胸腔檢查治療中心-咳痰機*2

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
咳痰機	
1.最高正壓: 70 cm/H2O	
2.最高負壓: -70 cm/H2O	
3.吸/吐氣時間: 0-5秒	
4.停頓時間:0-5秒	
5.壓力計範圍 +70~-70cm/H2O (±10%)	
6.需蓄電功能	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____