

光田醫院向上院區供應室--器械烘乾機

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
器械烘乾機	
1. 電源: 220V	
2. 熱絕緣透明雙門	
3. 內容機容量: 置物籃*10、盛水盤*2	
4. 進氣過濾系統: 具前置過濾器和Hepa過濾器 (可過濾0.3Micro微生物細菌)	
5. 可調整運轉時間、烘乾溫度設定(MAX 75)	
6. 機體材質: 不鏽鋼材質	
7. 安全裝置: 過熱斷電警報系統、緊急停止按鈕	
8. 雙加熱循環風扇	
9. 具指示燈	
10. 烘乾記錄可以上傳電腦儲存，需要時可以列印出來	
11. 機器運作時，聲音50分貝以下	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____