

光田醫院向上院區供應室--呼吸管路烘乾機

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
呼吸管路烘乾機	
1. 電源: 220V	
2. 雙門(寬90*高212*深61CM)	
3. 內容機容量: 可置烘乾128條呼吸管路以上、矽膠呼吸管路接頭、不銹鋼置物網盤*8、滴水盤*2	
4. 進氣過濾系統: 具前過濾器及Hepa過濾器(前置濾網及HEPA filter)	
5. 可調整運轉時間	
6. 機體材質: 不鏽鋼材質。	
7. 通訊介面RS-232、USB	
8. 烘乾記錄可以上傳電腦儲存，需要時可以列印出來	
9. 機器運作時，聲音50分貝以下	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____