

光田醫院向上院區供應室--單槽呼吸管路洗滌機

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
單槽呼吸管路洗滌機	
1. 電源: 380V(建議)或220V	
2. 材質:不銹鋼腔體大小230L(W81*D92*H112CM)	
3. 管路清洗籃*2、標準網籃*2	
4. 印表機、列印紙捲	
5. 電熱加熱	
6. 行程時間、清洗溫度設定功能	
7. 觸控控制面板	
8. 通訊介面RS-232、USB	
9. 洗滌記錄可以上傳電腦儲存，需要時可以列印出來	
10. 浸泡式清洗	
11. 自來水+RO水源+排水管	
12. 機器運作時，聲音50分貝以下	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____