

## 內視鏡專用電燒機功能規格表

頁次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 標示佐證出處 或 寫出差異
<b>功能規格：</b>		
1	單極電燒: 切割(CUT) 200W(自動切割模式、無血切割模式；乳頭切開、息肉切除術)、 凝血(COAG) 120W(柔和電凝模式、快速電凝模式、強力電凝模式)	
2	雙極(BIPOLAR)電燒: 雙極100W、雙極柔和電凝模式 120w、雙極強力電凝模式 90w	
3	APC(內視鏡氬氣電漿凝固術): 強力氬氣止血模式120w、精細氬氣止血模式 160w、脈衝氬氣止血模式 120w	
<b>主機：</b>		
1	電源: 100-120V	
2	電燒頻率350KHZ以上	
3	輸出孔: BIPOLAR*1、MONOPOLAR*2、電極迴路、APC	
4	單雙極踏板	
5	聲音警示	
6	專用推車	
<b>耗材：</b>		
1	氬氣電漿止血探頭、電極迴路線	
<p style="color: red; font-weight: bold;">●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝</p>		
廠商檢核蓋章處：_____		