

## 光田醫院沙鹿院區ICU攜帶型呼吸器\*2-新增

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處 或 寫出差異)
<b>攜帶型呼吸器</b>	
1.1 具有下列基本通氣模式:VC、PC、SIMV(VC)+PS、SIMV(PC)+PS、SIMV (PRVC) + PS、PS/CPAP	
1.2 需具非侵入性通氣模式(Non-invasive ventilation或NPPV或其他同等功能)	
1.3 需具有CPR模式或其他同等功能	
1.4 潮氣容積設定:5ml-3000ml(或更寬幅)	
1.5 內建式氧氣濃度(FiO2)調節:40-100%	
1.6 吸氣壓力設定:5-60 Mbar或更寬幅	
1.7 吐氣末正壓(PEEP):0-30 Mbar或更寬幅	
1.8 呼吸頻率3-80/min或更高	
1.9 吸氣流速120L/min或更高	
1.10 重量含電池2KG或更輕、方便轉送	
1.11 氣源：氧氣2.7 ~ 6.0 bar 或更廣範圍	
1.12 呼吸器須內建蓄電池,可蓄電5小時或以上	
1.13 具有IP44或更高	
1.14 具Trend趨勢圖功能	
2.1 呼吸器推車× 1 臺	
2.2 壁掛支架× 1 組	
2.3 導軌支架× 1 組	
2.4 高壓氧調節器×1 個	
2.5 氧氣軟管x1條	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：

\_\_\_\_\_