

光田醫院向上院區ENT--重心動搖儀*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
重心動搖儀	
1. 可測量體重須達120公斤以上	
2. 可測試靜態張眼、靜態閉眼、動態張眼、動態閉眼	
3. 電腦+螢幕1套(需含DICOM上傳PACS功能)	
4. 輸出資料有圖形與統計資料	
5. 需有跌倒保護措施	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：
