

光田醫院向上院區各病房-非侵入性血壓血氧監視器*10

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處 或寫出差異)
非侵入性血壓血氧監視器規格：	
1. 主機110V。	
2. 螢幕顯示3波形(含)以上。顯示螢幕、處理器和電源供應組為整合性單一裝置，方便移動(推車)。	
3. 儀器具備SPO2、NIBP等量測功能。	
4. 警報系統，以不同聲調及燈號顏色以區分病情之嚴重性，並可單獨將不需監視之參數警告關閉，保留需要監視之參數警告。	
5. 警告暫停功能。	
6. 非侵入血壓量測間隔可設定。	
7. 血氧飽和濃度監測範圍為0%~100%，並具有雜訊抑制技術，可有效防止躁動或低血管灌注時所造成的雜訊干擾。	
8. 螢幕畫面可客製化呈現視窗。	
9. 具備內建無線網路，無須外接介面即可達到單機上傳。	
10. 具備資料斷線補傳功能，可於病患趨勢紀錄呈現是否上傳成功，並於網路重新連線後補傳上資訊系統。	
11. 平板+夾具一套(需含DICOM傳輸功能)	
12. 平板規格：微軟Sureface GO3/10.5吋平板/Intel Pentium 6500Y/4G/64G/W11P	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：_____