

光田醫院向上院區眼科-驗光儀*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
驗光儀	
一般功能	
2.屈光測量	
3.角膜弧度測量	
4.角模曲光度測量	
5.角模散光測量	
6.自動對焦測量功能	
7.電源供應 AC100~240V · 50 / 60 Hz	
8.電腦+螢幕一套(需含DICOM傳輸功能)	
9.電動升降桌	
10.內建印表機	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____