

光田醫院向上院區眼科-快速消毒鍋*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
快速消毒鍋	
1. 具有顯示面版，可即時顯示消毒狀況及訊息。	
2. 快速消毒模式下，需15分鐘內完成整個消毒程序。	
3. 至少有四種消毒模式可供選擇。	
4. 需有消毒匣(4個)	
5. 內建空壓機，具有消毒完成自動烘乾器械功能。	
6. 耗電量：110V，50/60HZ	
7. 容量4L~15L	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____