

# 光田醫院向上院區眼科-人工水晶體測量儀\*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
<b>人工水晶體測量儀</b>	
一般功能:	
1.眼軸長(AL)	
2.角膜曲率半徑(K)	
3.前房厚度(ACD)	
4.瞳孔大小(PS)	
5.角膜水平直徑(WTW)	
6.中央角膜厚度(CCT)	
7.電源供應 AC100~240V · 50 / 60 Hz	
8.電腦+螢幕或筆電一套(需含DICOM傳輸功能)	
9.內建印表機	
10.電動升降桌	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： \_\_\_\_\_