

光田醫院向上院區眼科-免散瞳攝影系統*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
免散瞳攝影系統	
1.需具備有螢光血管攝影的功能	
2.拍攝角度45度	
3.工作距離45.7mm	
4.最小瞳孔直徑4.0mm	
5.曲光補償 -33D~+35D	
6.數值±10%	
7.水平垂直移動功能	
8.自動追蹤X-Y-Z方向	
9.內建CCD相機	
10.電源供應 AC100~240V · 50 / 60 Hz	
10.電腦+螢幕一套(需含DICOM傳輸功能)	
11.內建印表機	
12.電動升降桌	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____