

光田醫院向上院區眼科-LED視力機*2

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
LED視力機	
一般功能:	
1.17吋以上液晶顯示屏	
2.解析度1280*1024	
3.基本圖表類型須有: T、PHM、P、M	
4.遠端遙控圖表切換>遙控器	
5.電源供應 AC100~240V，50 / 60 Hz	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____