

光田醫院向上院區眼科-鏡片驗度儀*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
鏡片驗度儀	
1.球面測量範圍：-25D ~ +25D	
2.隱形眼鏡鏡片：-25D ~ +25D	
3.散光測量範圍：0±10D。	
4.軸度測量範圍：0° ~ 180°。	
5.ADD加入度範圍：0 ~ +10D。	
6.稜鏡測量範圍：0Δ ~ 20Δ	
7.稜鏡模式:Δ,θ,Base In/Out,Base Up/Down	
8.鏡片直徑:20-120mm(隱形眼鏡大於內徑5mm)。	
9.UV透光率:0~100%	
10.可測量漸近多焦點鏡片、高折射率鏡片、一般鏡片。	
以上數據範圍±10%	
11.內建印表機--標配	
12.電動升降桌--標配	
13.電腦+螢幕一套(需含DICOM傳輸功能)--選配	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____