

光田醫院向上院區眼科-全自動電腦化視野計*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
全自動電腦化視野計	
1.最大檢測範圍顯側90度	
2.背景亮度最大可達 31.5 ASB	
3.自動動態檢查功能	
4.手動動態/動態檢查功能	
5.注視點監控功能	
6.(SFA) 單一視野分析軟體	
7.(GHT) 青光眼半視野檢測軟體	
8.(VFI) 視野加權指數分析軟體	
9.(GPA) 青光眼進展分析軟體	
10.Hard drive 硬碟容量 : 500GB(含以上)	
11.內建印表機--標配	
12.電動升降桌--標配	
13.電腦+螢幕一套(需含DICOM傳輸功能)	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____