

光田醫院向上院區眼科-眼壓計*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
眼壓計	
1.眼壓筆主體一隻	
2.眼壓筆套*150個/盒	
3.電池一組	
4.測量範圍5-55mmHg 數值±10%	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____