

光田醫院向上院區眼科-LED 無線間接眼底鏡*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
LED 無線間接眼底鏡	
1. 亮度控制至少達200%	
2. LED燈源	
3. 光圈需至少有大中小三種大小光圈	
4. 需至少三種濾鏡: Red-free, Yellow and Cobalt Blue filters	
5. 可擴充壁掛式充電功能(選配)	
6. 20D非球面鏡片	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____