

光田醫院向上院區眼科-白內障暨玻璃體視網膜多功能手術儀*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
白內障暨玻璃體視網膜多功能手術儀(升級)	
1.可使用20、23、25、27 Ga玻璃體切除探頭	
2.切除速率 30~7500cpm	
3.抽吸壓力範圍 0-660mmHg	
4.眼內電燒：1Mhz在100歐姆達7.5瓦特	
數值±10%	

光田醫院採購案規格書

廠商檢核蓋章處： _____