

# 光田醫院向上院區眼科-白內障暨玻璃體視網膜多功能手術儀\*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
<b>白內障暨玻璃體視網膜多功能手術儀</b>	
1. 玻璃體切除模式：可搭配使用20Ga・23Ga・25Ga・27Ga玻璃體切除探頭。	
2. 可使用高速玻璃體切除探頭，切除速率(Cut Rate)：30~7500 cpm(或更大範圍)	
3. 抽吸：壓力範圍(Pressure Range)：0-600 mmHg Vacuum(或更大範圍)	
4. 壓力注入範圍：機器可隨時調整灌注給水壓力0到120 mmHg(或更大範圍)	
5. 眼內電燒：頻率：1Mhz(含以上)	
6. 電燒輸出功率：在75Ω可達10 Watts或在100Ω可達7.5Watts	
7. 雷射治療光束波長：532nm ,能量50mW至2000mW(或更大範圍)。	
8. 瞄準光束：635nm±5nm。	
9. 前房白內障手術具備主動加壓穩定功能。	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： \_\_\_\_\_