

113 年向上/婦產科*4 &大甲/產房*1-Fetal Monitor 胎兒監視器 (單胞胎*4+雙胞胎*1) - 規格說明表

序	項目名稱/規格	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)	
			頁	差異處
1	3吋(含)以上觸控彩色螢幕	標配		
2	可印出母體和胎兒的參數趨勢圖	標配		
3	防水傳導器、輕巧、耐用且易於清洗	標配		
4	胎動圖(FMP)探測和自動記錄胎兒身體活動情形，具有NST計時功能	標配		
5	需具智慧型自動選頻處理系統，醫護人員可以將胎兒傳導器病患模組或遙控事件標示器連接在任何感應器插座上，避免插錯感應器而造成損壞	標配		
6	需具有交叉頻道驗證技術(CCV)，當胎兒心跳與母親心跳重疊時能及時警示，確保胎兒安全	標配		
7	傳導器內建藍色 LED 光可讓醫護人員一目了然傳導器所監視的測量情況	標配		
8	同時可輸入病患資料及顯示在螢幕上，可清楚的確定病患身份。	標配		
9	在主螢幕下面的智慧鍵可快速進入功能，例如可啟動計錄或重新設定 Toco 基線等	標配		
10	具備緩衝紀錄功能，當紀錄紙張用完後仍持續健側，且可於換紙後接續列印出至少 1 小時的趨勢圖形。	標配		
11	支援雙胞胎與三胞胎功能。	標配		
12	警告功能需含生理參數警告及技術警報(因訊號品質問題，儀器功能故障或儀器連接不良等因素所引起)	標配		
13	體外 Toco 探頭需可同時監視子宮活動和母親脈搏。	標配		
14	內建護理人員教育訓練模擬程式，以利新進人員盡早熟悉儀器操作	標配		
15	TOCO: -測量範圍:400 units -自動補償校正:連接傳導器後 3 秒，TOCO 數值設定在 20 units -自動歸零調整:TOCO 數值在負測量值 5 秒後歸零	標配		
16	胎兒心跳速率警告 ◆胎兒心跳速率警告限制/範圍 -心跳徐緩(低限制):60-210bpm，每次可調整 10bpm 刻度，預設值 110bpm -心跳快速(高限制):60-210bpm，每次可調整 10bpm 刻度，預設值 170bpm ◆胎兒心跳速率警告延遲/範圍 -心跳徐緩(低限制):10-300 秒，10 秒刻度，預設值 240 秒 -心跳快速(高限制):10-300 秒，10 秒刻度，預設值 300 秒 -訊號遺失延遲:10-300 秒，10 秒刻度	標配		
17	每台配件明細: (1)超音波傳導器 1 組 (2)子宮收縮傳導器 1 組 (3)專用網卡 1 組 (4)Event Maker 1 組 (5)胎兒監視器用綁帶 1 包(6)台製推車 1 台 (7)母體非侵入血壓及血氧模組 1 組(8)JELLY 空瓶 1 瓶 (9)超音波油膏 1 包	標配		
18	具母體脈衝式血氧飽和監視測量 (SpO2) 之功能	標配		

廠商檢核章

請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝