

113 年沙鹿院區 - 兒科加護病房 - 嬰兒保溫箱 - 規格說明表

序	項目名稱/規格	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)	
			頁	差異處
一、	規格說明			
1-1	具備 7 inches(TFT-LCD)(含)以上彩色觸控螢幕。	需具備		
1-2	具空氣簾能有效阻隔外界冷空氣，避免嬰兒體表溫度之流失。	需具備		
1-3	具備六門手入窗口	需具備		
1-4	保溫箱罩四面與箱罩頂層為單片獨立安裝，如保溫箱罩某處破損，可以直接更換破損面不需整組更換	需具備		
1-5	具備 X 光軟片匣托盤，不需移動嬰兒即可完成 X 光攝影。	需具備		
1-6	具備前後處理門，無需開啟處理門即可調整床台傾斜角度。	需具備		
1-7	保育器組件易拆卸清潔以維持箱內整潔。	需具備		
1-8	控溫模式：自動控溫 /手控控溫 設定模式	需具備		
1-9	保溫箱器內溫設定及顯示： 數位顯示：20~42°C精確度：±0.3°C/手控模式：23~37°C/超溫模式：7.1~39.0°C	需具備		
1-10	體溫自動控制設定及顯示： 數位顯示：30~42°C 精確度：±0.3°C/自動模式：34~37.5°C/超溫模式：37.6~38.0°C	需具備		
1-11	濕度控制及顯示：偵測：以乾式感應器偵測濕度，數位式獨立顯示溼度%；控制：數位式設定範圍 15%Rh~39%顯示 OFF、40~95%Rh 顯示數值；範圍：數位式顯示 15~99%Rh	需具備		
1-12	溫濕度獨立顯示：具有設定溫度顯示、保溫箱內空氣溫度顯示、皮膚溫度顯示、濕度百分比顯示，並同時以數位化顯示於操作面板上	需具備		
1-13	空器濾清效果：可濾除 0.3 微米以上之空氣粒子達百分之九十九點八，具備觀察視窗	需具備		
1-14	加濕槽 (Chamber) 可完全取出與主機體分離，可獨立清潔與消毒，加強溼度控制的乾淨與安全性	需具備		
1-15	加熱器輸出指示：0-100，10 段式加熱指示，LCD 顯示	需具備		
1-16	空氣循環速率：≤10cm/秒	需具備		
1-17	安全警報及警示功能：高溫，皮膚感溫器故障及脫落，設定溫度偏離，風扇，系統故障，電源中斷，設定濕度偏離，加溼槽脫離	需具備		
1-18	警報解除：當壓下 ALARM SILINCE (靜音警報) 時，聲音警報會消除	需具備		
1-19	開啟門設有雙重安全門扣，防止誤開。	需具備		
1-20	氧氣供應裝置：外接式，最大氧氣濃度：≥65%O ₂ (氧氣流率:10L/min)	需具備		
1-21	電源需求：110 V / 60 Hz	需具備		
1-22	搭配原廠箱型台車，箱內可置物	需具備		
1-23	具備原廠內建式體重計	需具備		

113 年沙鹿院區 - 兒科加護病房 - 嬰兒保溫箱 - 規格說明表

序	項目名稱/規格	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)	
			頁	差異處
二、	配件			
2-1	膚溫探頭	1		
2-2	手入窗套	2		
2-3	空氣過濾棉	1		
2-4	感應模組	1		
2-5	螢幕支架	1		
2-6	操作手冊	1		

廠商檢核章

請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝