

光田醫院向上院區骨科(OR)-微型骨骨鑽組*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處 或寫出差異)
微型骨骨鑽組規格：	
1. 主機:	
I. 電源110V	
II. 手機接孔*2、踏板接孔*1	
2. 手機	
I. 轉速: MAX 3500rpm	
II. 正反轉	
III. 手動開關、腳踏控制	
3. 配件	
I. 注水接頭	
II. 高速鑽接頭	
III. 骨鑽保護接頭	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____