

光田醫院沙鹿及大甲院區麻醉科麻醉深度監視系統BIS*2	
項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處 或寫出差異)
<b>麻醉深度監視系統BIS規格：</b>	
1. 主機:	
✓ 電源: 110V	
✓ 螢幕顯示器	
✓ 內建電池	
2. 功能:	
✓ BIS數值	
✓ EEG波形、EEG參數趨勢圖、4頻道	
✓ 訊號品質顯示(EMG、SQI)	
✓ 抑制比SR	
✓ 抑制時間ST	
✓ ALARM警報顯示功能	
✓ 可傳輸數值資料	
✓ 猝發計數	
3. 配件:	
✓ BIS主機(含病患介面接線+監測儀介面接線)	
✓ 訊號放大器及訊號線組	
✓ 電源線	
✓ 檯車	
4. 備用電池：全面運作時可供電至少30分鐘以上	
5. 感應器貼片：具備成人貼片/兒童貼片/左右腦雙側貼片，若有其他規格請一併提供	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： \_\_\_\_\_