

# 113 年通霄院區護理科-自動心肺復甦機\*1 - 規格說明表

| 序    | 項目名稱/規格   | 需求  | 廠商檢核<br>(標明佐證出處) |     |
|------|---|-----|------------------|-----|
|      |   |     | 頁                | 差異處 |
| 一、   | 功能部分  |     |                  |     |
| 1-1. | 按壓深度：0~8cm  | 需具備 |                  |     |
| 1-2. | 按壓速度：100 次/分鐘 ±6  | 需具備 |                  |     |
| 1-3. | 按壓/通氣比：內建呼吸器，具有同機連續按壓通氣模式(每分鐘連續胸部按壓 100 次，同機非同步換氣)及 30：2 模式可供選擇，由 30：2 模式改為連續按壓通氣模式不須中斷 | 需具備 |                  |     |
| 1-4. | 微電腦模式控制面板   | 需具備 |                  |     |
| 1-5. | 可測量病患胸後 20%所需之胸壓量   | 需具備 |                  |     |
| 1-6. | 潮氣容量控制：Vt 0~1000C.C ±10%  | 需具備 |                  |     |
| 1-7. | 按壓驅動方式：氣動式  | 需具備 |                  |     |
| 1-8. | 通用體型：<br>胸骨高度：最高達 14.5in(約 36.83cm)<br>胸部寬度：最寬達 22in(約 55.88cm)                         | 需具備 |                  |     |
| 1-9. | 由人工按壓更改為機械按壓僅需 5 秒  | 需具備 |                  |     |
| 二、   | 配件  |     |                  |     |
| 2-1. | 專用背板 1 個，可取代 CPR 急救背板   | 需具備 |                  |     |
| 2-2. | NRV1 個  | 需具備 |                  |     |
| 2-3. | 高壓氧氣管 1 條   | 需具備 |                  |     |

廠商檢核章

請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝