

向上產房*1/沙鹿PCIU*2-新生兒處理台

新生兒處理台-項目名稱及規格說明		廠商檢核 (標示佐證出處 或寫出差異)
1	溫度控制功能	
1-1	加熱器容量: 500W	
1-2	採用LCD彩色觸控面板	
1-3	控制模式：自動控制模式及手動控制模式	
1-4	皮膚溫度設定範圍：攝式 34度到38度	
1-5	皮膚溫度顯示範圍：攝式 30度到42度	
1-6	加熱器輸出設定範圍：0到100 % (每段5 %)	
1-7	警報警示功能：設定溫度、嬰兒檢視、電源中斷、系統異常、皮膚溫度探頭、加熱罩傾斜	
2	照明功能	
2-1	採用LED照明燈，照亮整個床墊以確保診療過程中光線充足可清楚的辨識嬰兒膚色	
2-2	0 ~ 1200Lux(自由調整)	
3	防護功能	
3-1	加熱罩：具安全設計，加熱管凹入罩內並備有扶把	
3-2	床邊護欄：具備護欄緩降裝置設計，可避免發出噪音干擾嬰兒及緊急時發生撞破之危險	
4	其他功能	
4-1	遮蓋移動範圍：水平旋轉：240度 (順時鐘方向120度、逆時鐘方向120度)、輻射角度：±30度	
4-2	計時器：時間顯示範圍：0到60分(每秒增加)、具備Apgar計時模式 及 CPR計時模式	
4-3	具備預加熱功能，可預熱床墊	
4-4	具備X光片匣托盤，無需碰觸嬰兒及可安置X光片匣	
4-5	床墊：為釋壓床墊能釋放嬰兒臥躺時之壓力以減少褥瘡	
4-6	床墊平台：具備無段式仰俯調整，可傾斜±13度	
5	主機尺寸	
5-1	84(W)x110(D)x179 ~ 219(H)公分	
5-2	床墊表面高度：81 ~ 121公分(電動升降)	
6	主機重量	
6-1	Approx. 105Kg	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____