

向上院區檢驗科-倒立顯微鏡*1-規格說明表

序	項目名稱/規格	需求	廠商檢核 (標明佐證出處)										
			頁	差異處									
一、	功能部分(可擴充螢光)												
1-1.	本體：無限遠光學系統，粗微調同軸控制。	需具備											
1-2.	機械載物台：可以夾 96WELL 培養皿	需具備											
1-3.	上光源：led 光源	需具備											
1-4.	聚光器：可拆卸，NA 0.3 工作距離 72 mm以上 位相板：4X，10X/20X(可調中心點)，40X。	需具備											
1-5.	觀察筒：三眼 30 度，48-75 mm眼距，分光二段(100%目鏡、100%第三眼)，可調屈光度，視野數 22 mm	需具備											
1-6.	目鏡：10 倍 2 個，FN 22 mm	需具備											
1-7.	物鏡：位相差等級數 <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td></td> <td>NA</td> <td>WD</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0.25</td> <td>10 mm(PLAN 消球差)</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>0.55</td> <td>2.2 mm (含) 以上</td> </tr> </table>		NA	WD	10	0.25	10 mm(PLAN 消球差)	40	0.55	2.2 mm (含) 以上	需具備		
	NA	WD											
10	0.25	10 mm(PLAN 消球差)											
40	0.55	2.2 mm (含) 以上											
1-8.	可擴充 2 倍偏斜射照明	需具備											

廠商檢核章

請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明其佐證出處或寫出差異處，謝謝