

光田醫院沙鹿院區放射科MRI用生理監視器

| 項目名稱及規格說明 | 廠商檢核 (標示佐證出處 或寫出差異) |
|---|---------------------------|
| MRI用生理監視器規格： | |
| 1. 檢查室內主機抗磁3萬高斯;主機重量6公斤以下 | |
| 2. 搭配10吋螢幕(含)以上,方便從控制室觀看生理訊號;或能搭配無線遠端平板電腦於控制室 同步顯示病人生理訊號 | |
| 3. 具備ETCO2 | |
| 4. 具有資料儲存整合系統,並可將生理訊號上傳至院方HIS系統 | |
| 5. 具備ECG(5導程模組,抗磁3萬高斯) | |
| 6. NIBP,SPO2區分成人/孩童/嬰幼兒尺寸;SPO2採Masimo技術,抗磁3萬高斯 | |
| 7. 蓄電電池可使用8-12小時,充電時間小於5小時 | |
| 8. 配有專用台車 | |

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____