

# 光田醫院沙鹿院區開刀房(ENT)四頻神經監測儀\*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處 或寫出差異)
<b>四頻神經監測儀規格：</b>	
1. 主機:	
➢ 電源: 110V	
➢ 彩色螢幕顯示	
➢ 內建電池	
2. 功能:	
➢ 波形顯示	
➢ 波形調整	
➢ ALARM警報	
➢ 事件紀錄	
➢ 四頻神經監測	
➢ 事件紀錄	
➢ 電刺激輸出調整	
➢ 負載阻抗調整	
➢ 脈衝間隔調整	
➢ STIM1、2 速率調整	
➢ STIM 2 Nerveasure速率調整	
➢ 音量調整	
➢ 資料輸出	
3. 配件:	
➢ 電源線	
➢ 鋰電池	
➢ 病患介面盒	
➢ 電刺激器	
➢ 台車	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： \_\_\_\_\_