

# 光田醫院向上院區放射科-MRI專用雙注射筒注射機

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處 或寫出差異)
1	3T 可相容性。	
2	彩色觸控幕，相關流量及容量調整以數字點選直接輸入設定。	
3	掃描室及控制室均可啟動注射機、實施注射。	
4	可在注射機頭抽藥或在掃描室外抽藥。	
5	注射方案可設定延遲時間或暫停。	
6	具緊急停止及暫停注射功能。	
7	足夠應付方案儲存、可儲存及呼叫至多 32 個程式。	
8	最多可到六個相位。	
9	注射開始時啟動計時。多相位內可設定 Hold and Pause。	
10	注射時顯示即時壓力值。	
11	整合測驗注射功能，確保靜脈開放。	
12	一體式T型連接管。	
13	注射延緩、掃描延緩及碼錶計時。	
14	KVO 功能可以不影響注射的情況下運行。	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝！

廠商檢核蓋章處：

\_\_\_\_\_